Интуитивный отклоняющий механизм

Левшу не будут заставлять писать правой рукой. Однако многие гибкие эндоскопы отличаются именно тем ограничением, что они заставляют пользователя применять отклоняющие механизмы, которые противоречат его интуиции.

Компания KARL STORZ решила эту проблему, предложив отклоняющие механизмы двух видов: с позитивным и контрапозитивным отклонением. При позитивном (или «логичном») отклонении движение рычажного механизма вниз вызывает движение кончика эндоскопа вверх, и наоборот. Контрапозитивный механизм позволяет выполнять это движение в противоположном направлении: движение рычажного механизма вниз вызывает движение кончика эндоскопа вниз.

В обоих случаях простое сгибание большого пальца на отклоняющем рычажке приводит к отклонению кончика эндоскопа даже в таких трудно доступных анатомических зонах, как, например, шейка и дивертикул мочевого пузыря. Таким образом, благодаря интуитивной конструкции инструмента отпадает необходимость постоянно задавать себе вопрос, где верх, а где низ.

Выберите наиболее удобный для Вашей работы механизм активного отклонения конца эндоскопа.



Позитивный отклоняющий механизм



Контрапозитивный отклоняющий механизм

6-00$_1$

Видеоцистоуретроскопы
с технологией CCD

KARL STORZ — ENDOSKOPE



Отличное качество изображения
- Чиповая технология с высоким разрешением
- Оптимальный обзор благодаря изображению во весь экран
- Автоматическая регулировка освещения

Высокий комфорт пациента
- Наружный диаметр тубуса только 16 Шр.
- Гладкая поверхность для щадящего введения
- Отклонение вверх 210°, отклонение вниз 140°

Удобное пользование
- Легкая, эргономичная рукоятка
- Фокусировка не требуется
- Рабочий канал 6,5 Шр.
- Широкий ассортимент принадлежностей (щипцы, инструменты для захвата камней, ВЧ-зонды и др.) предоставляет подходящие инструменты для любого вмешательства



Имеется модель для фотодинамической диагностики (PDD)
- Ранняя диагностика опухолей мочевого пузыря
- Возможность оценки краев резекции
- Со встроенным блоком для аспирации для быстрого опорожнения мочевого пузыря

2-08²

Видеоцистоуретроскопы
с технологией CCD

Отличительные признаки:

- **Рабочий канал 6,5 Шр.**
- **Стерилизуется газами этиленоксидом и формальдегидом, а также Steris® и Sterrad®**
- **Удобное пользование без дополнительного световода и видеоголовки**

Дополнительная PDD-модель 11272 VPI/VNIU:

- **Со специальным PDD-фильтром как для применения в режиме белого света, так и для фотодинамической диагностики**
- **Ранняя диагностика опухолей благодаря лучшей визуализации, прежде всего рака in situ**
- **Со встроенным блоком для аспирации для быстрого опорожнения мочевого пузыря**
- **Для использования с высокомощной системой освещения D-LIGHT C/AF**

2-08$_2$

Видеоцистоуретроскопы
с технологией CCD

16 Шр.

№ изделия	Видеоцисто-уретроскопы	Подвижность дистального конца	Направление взгляда	Апертурный угол	Рабочая длина	Внутренний Ø рабочего канала	Размер тубуса
Стандартная версия с белым светом							
11272 VP **PAL**	с позитивным отклоняющим механизмом		0°	120°	37 см	6,5 Шр.	16 Шр.
11272 VN **NTSC**	с позитивным отклоняющим механизмом		0°	120°	37 см	6,5 Шр.	16 Шр.
11272 VNU **NTSC**	с контрапозитивным отклоняющим механизмом		0°	120°	37 см	6,5 Шр.	16 Шр.
Расширенная версия для PDD							
11272 VPI **PAL**	для фотодинамической диагностики (PDD) и с позитивным отклоняющим механизмом		0°	120°	37 см	6,5 Шр.	16 Шр.
11272 VNI **NTSC**	для фотодинамической диагностики (PDD) и с позитивным отклоняющим механизмом		0°	120°	37 см	6,5 Шр.	16 Шр.
11272 VNIU **NTSC**	для фотодинамической диагностики (PDD) и с контрапозитивным отклоняющим механизмом		0°	120°	37 см	6,5 Шр.	16 Шр.

В комплект поставки входят следующие принадлежности:

27677 VC **Чемодан жесткий для видеоэндоскопа**

27023 FE **Щипцы,** захватывающие, для малых фрагментов, одна бранша подвижна, гибкие, 5 Шр., длина 73 см

27023 ZE **Выкусыватель биопсийный,** одна бранша подвижна, гибкий, 5 Шр., длина 73 см

11025 E **Колпачок для выравнивания давления,** для выпуска воздуха во время газовой и плазменной стерилизации

13242 XL **Тестер,** для проверки герметичности, с грушей и манометром

27651 B **Щетка,** круглая, гибкая, наружный Ø 3 мм, для рабочего канала Ø 1,8 – 2,6 мм, длина 100 см

27014 Y **Адаптер,** LUER, с уплотнителем

20 2130 70 **Кабель соединительный для видеоэндоскопа**

Опциональные принадлежности:

27023 VK **Зажим,** корзинчатый захват для камней, 5 Шр., длина 60 см

27723 T **Электрод монополярный,** коагуляционный, 4 Шр., длина 73 см

27550 N **Колпачок уплотняющий,** для адаптеров 27001 G/GF/GH/GP, 10 шт./упаковка, рекомендуется одноразовое использование

27001 RA **Адаптер,** для чистки

Лазерный аппарат CALCULASE II SCB для эндоскопического лечения камней мочевого пузыря, мочеточников и почек, см. главу 15 «ПРИБОРЫ»

2-08$_2$

Видеоцистоуретроскопы
Обзор

Видеоцистоуретроскопы, гибкие

11272 VP
11272 VN
11272 VNU

Источники холодного света

XENON 175 SCB **20** 1321 01-1
Power LED 175 SCB **20** 1614 01-1

Адаптер для видеоэндоскопа IMAGE1 S

TC 001

Адаптер для видеоэндоскопа

22 2000 77

Кабель соединительный для видеоэндоскопа

20 2130 70

Видеосистема IMAGE1 S

TC 200RU
TC 301

Блок управления видеокамерой IMAGE 1 HUB™ HD

22 2010 11U1XX

TELE PACK X LED*

TP 100RU

Мониторы

19" 9619 NB
26" 9626 NB/NB-2

***При использовании TELE PACK X LED отдельный источник холодного света не требуется**
Дополнительная информация об источниках холодного света, видеосистемах и мониторах, см. каталог «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ»

9-12$_1$

Видеоцистоуретроскопы, для фотодинамической диагностики (PDD)

Обзор

KARL STORZ — ENDOSKOPE

OPAL1™ PDD

Источники света ксеноновые

D-LIGHT C/AF SCB **20** 1336 01-133

Видеоцистоуретроскопы, гибкие, для фотодинамической диагностики (PDD)

11272 VPI
11272 VNI
11272 VNIU

Адаптер для видеоэндоскопа IMAGE1 S

TC 001

Кабель соединительный для видеоэндоскопа

20 2130 70

Видеосистема IMAGE1 S

TC 200RU
TC 301

Видеокамера эндоскопическая TELECAM SL II FI SCB

20 2130 11U1

Мониторы

19" 9619 NB
26" 9626 NB/NB-2

Дополнительная информация об источниках холодного света, видеосистемах и мониторах,
см. каталог «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ»

9-12$_1$